

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Dostawa sprzętu medycznego, znak postępowania: NZ-RR/I/PN/13/10

TREŚĆ ZAPYTAŃ nr 8-12 WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt.3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, że w dniach 07-08.09.2010 r. wpłynęły od Wykonawców zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którym nadano kolejne nr 8-12.

Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie nr 8

Dotyczy zadania nr 5, pozycja 1 – Nosze podbierakowe- kombi

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nosze podbierakowe o wadze 8,1 kg spełniające pozostałe wymagania s.i.w.z.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania noszy podbierakowych o wadze 8,1 kg spełniających pozostałe wymagania SIWZ, ponieważ nie odpowiadają one treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zaoferowane przez Wykonawców nosze podbierakowe muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia tzn. spełniać wymagania Zamawiającego opisane w załączniku nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia , w pozycjach 1-17 tabeli zamieszczonej na str. 47-48 SIWZ.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pozycji 13 tabeli na str 48 SIWZ, Zamawiający wymaga dostarczenia noszy podbierakowych kombi o wadze nie przekraczającej 7,5 kg , długości minimum 185 cm i szerokości maksymalnej 42 cm.

Pytanie nr 9

Dotyczy zadania nr 5, pozycja 2 – Deska ortopedyczna z kompletem pasów i unieruchomieniem głowy

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania deskę ortopedyczną o wadze 7,5 kg spełniającą pozostałe wymagania s.i.w.z.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania deski ortopedycznej o wadze 7,5 kg spełniającej pozostałe wymagania SIWZ, ponieważ nie odpowiada ona wymaganiom Zamawiającego określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zaoferowane przez wykonawców deski ortopedyczne muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia tzn. spełniać wymagania Zamawiającego opisane w załączniku nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na str. 48-50 SIWZ.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pozycji 4 tabeli na str 48 SIWZ, Zamawiający wymaga dostarczenia deski ortopedycznej o wadze poniżej 6,5 kg.

Pytanie nr 10

Dotyczy zadania nr 2 – Ssak elektryczny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak elektryczny o płynnej regulacji przy pomocy pokrętła w zakresie od – 0 do – 0,8 bar?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania ssaka elektrycznego o płynnej regulacji przy pomocy pokrętła w zakresie od – 0 do – 0,8 bar.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pozycji 9 tabeli na str 39 SIWZ, Zamawiający wymaga dostarczenia ssaka elektrycznego ze skokową regulacją podciśnienia od 0 – 500 mmHg (0 – 0,66 bar) z ograniczeniem podciśnienia na różnych poziomach.

Pytanie nr 11

Dotyczy zadania nr 2 – Ssak elektryczny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak elektryczny ze wskaźnikiem naładowania akumulatora w jednej pozycji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania ssaka elektrycznego ze wskaźnikiem naładowania akumulatora w jednej pozycji.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w poz.12 na str 39 SIWZ, Zamawiający wymaga dostarczenia ssaka elektrycznego ze wskaźnikiem naładowania akumulatora minimum w trzech pozycjach.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści w ofercie w zadaniu I - pkt defibrylator szkoleniowy lp.3 - zamiast 20 kompletów elektrod szkoleniowych ofertę :

4 sztuki elektrod treningowych wielorazowych CPR-D do AED Plus treningowego - jedna elektroda wystarcza na 50 -krotne użycie

+4 komplety po 5 par nakładek żelowych na elektrodę treningową do AED Plus

(1 para wystarcza na ok 10 -krotne użycie) Co umożliwi przeszkolenie 200 osób, a cenowo jest korzystniejszym rozwiązaniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez Wykonawców rozwiązania wskazanego

w pytaniu. Zamiarem Zamawiającego, wskazującego parametry defibrylatora szkoleniowego w postaci 20 elektrod, był zakup sprzętu posiadającego cechy funkcjonalne właściwe dla potrzeb Zamawiającego, tj. umożliwiającego przeszkolenie dużej ilości osób. Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie spełnia oczekiwania Zamawiającego nawet w większym stopniu niż sprzęt określony przez Zamawiającego i dlatego też Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sprzętu- defibrylator szkoleniowy - o cechach wskazanych w pytaniu.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez:

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Parametry sprzętu medycznego – zadanie 1, defibrylator szkoleniowy, poz. 3, po treści: W zestawie komplet odpowiednich baterii oraz 20 kompletów elektrod szkoleniowych, dopisuje się treść „lub umożliwiający przeszkolenie 200 osób”.

Powyższa zmiana nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian w ofertach i zapewnienia dodatkowego czasu na ich wprowadzenie. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Tym samym:

Termin składania ofert: **13.09.2010r, godz. 12.00**

Termin otwarcia ofert: **13.09.2010r, godz. 12.15.**

Niniejsza modyfikacja oraz udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

DYREKTOR

/-/

Marek Długosz