

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:
Dostawa fabrycznie nowych 8 kompletów półautomatycznych defibrylatorów dwufazowych (AED) i jednego defibrylatora w wersji szkoleniowej dla morskich statków ratowniczych, znak postępowania: NZ -RR/ I/ PN/20/08

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, zm: Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz.1058) Zamawiający informuje, że w dniu 14 listopada 2008 r. wpłynęło poniższe pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga torby transportowej dla defibrylatora wzmocnionej i wodoodpornej przystosowanej do pracy w trudnych warunkach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga torby wodoodpornej.

Gdynia, 17.11.2008 r.

DYREKTOR

/-/

Marek Długosz

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 17.11.2008