

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:
Dostawa fabrycznie nowych 8 kompletów półautomatycznych defibrylatorów
dwufazowych (AED) i jednego defibrylatora w wersji szkoleniowej dla morskich statków
ratowniczych, znak postępowania: NZ -RR/ I/ PN/20/08

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 2-3

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, zm: Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz.1058) Zamawiający informuje, że w dniu 17 listopada 2008 r. wpłynęły poniższe pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania defibrylatora półautomatycznego o stopniu ochrony IP 54?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia defibrylatora bez wyświetlacza , który w sposób akustyczny (przewodnik głosowy w języku polskim) i wizualny (wskaźniki, diody świetlne) informuje o kolejnych krokach pracy urządzenia, w tym o prawidłowej pracy urządzenia, wykonywanej defibrylacji, wykonywanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, liczbie wykonanych wstrząsów, potrzebie wymienienia baterii, konieczności wykonania czynności serwisowych?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza.

Gdynia, 18 listopada 2008 r.

DYREKTOR

/-/

Marek Długosz

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:..18. 11.2008