

Gdynia, dnia 25.08.2015 r.

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. poz. 984 z późn. zm.)

### **Dostawa sprzętu medycznego na wyposażenie morskich statków ratowniczych**

#### **I. Nazwa i adres Zamawiającego:**

1. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, Gdynia 81 - 340
2. Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 8:00 do 15:00
3. Adres strony internetowej: [WWW.sar.gov.pl](http://WWW.sar.gov.pl)
4. Adres poczty elektronicznej: [zam.pub@sar.gov.pl](mailto:zam.pub@sar.gov.pl)
5. Fax: (58) 660-76-61

**ZATWIERDZAM:**

**DYREKTOR**

*/-/*

**Marek Długosz**

## II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) zwanej dalej „ustawą”.

## III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego w podziale na zadania:  
**Zadanie 1: Dostawa 12 szt. respiratorów wraz z zestawem manekinów do ćwiczeń**  
**Zadanie 2: Dostawa 11 szt. zestawów do ogrzewania poszkodowanego**  
**Zadanie 3: Dostawa 8 szt. zestawów do dezynfekcji**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w zał. nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty.
3. Zamawiający wymaga, by dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, nie był sprzętem demonstracyjnym, był wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
4. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 29 i n. ustawy Pzp, opisał przedmiot zamówienia kierując się specyfiką działań ratowniczych i warunkami w jakich nabywane urządzenia będą użytkowane. W przypadku przywołania nazw własnych elementów, jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych wskazanym, tj. posiadających nie niższe cechy funkcjonalne. Wskazane dopuszczenie równoważności dot. również przywołanych przez Zamawiającego norm. Zgodnie z art 30 ust 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. o cechach spełniających powyższą normę lub normę równorzędną (lub wyższą).
5. Zamawiający wymaga, by w ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewnił również świadczenie usług serwisu gwarancyjnego w okresie wskazanym w zał. nr 6 do SIWZ – Wzór umowy oraz ofercie Wykonawcy, zgodnie z zaleceniami producenta i postanowieniami przepisów prawa. Zamawiający wskazuje, iż z przyczyn o obiektywnym charakterze (konieczność posiadania sprzętu na wyposażeniu statku do prowadzenia akcji ratowania życia) wymagane jest, by punkt serwisowy oraz części zamienne były dostępne na terenie administracyjnym kraju. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż możliwym jest zaakceptowanie przez Zamawiającego świadczenia usług serwisowych i dostępności części poza terenem kraju jeżeli Wykonawca zapewni ich świadczenie na warunkach i w terminach takich w jakich byłoby to realizowane w kraju, oraz przejmie wszelkie czynności organizacyjne z tym związane (odbiór sprzętu, dostarczenie do serwisu). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest dołączyć do oferty opis realizacji usługi serwisowej, a Zamawiający zastrzega sobie możliwość oceny czy dane rozwiązanie jest równoważne tj. nie mniej korzystne i nie bardziej uciążliwe, nie generujące dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, niż wskazane przez Zamawiającego świadczenie usług serwisowych na terenie kraju. W przypadku braku równorzędności rozwiązania, Zamawiający oceni propozycję Wykonawcy jako niezgodną z treścią siwz.
6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 ustawy.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących realizację trzech zadań, a także złożenie ofert częściowych, tj. ofert na jedno lub dwa zadania.
9. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień:  
**33100000-1 urządzenia medyczne**

#### **IV. Termin wykonania zamówienia.**

1. Od daty podpisania umowy - 10 tygodni od podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku braku należytego zrealizowania umowy w zakresie dostaw sprzętu w terminie do 15.12.2015r, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w zakresie niezrealizowanej części.

#### **V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy, w tym dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia;

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:**

Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawy odpowiednio do zadania:

Zadanie 1: Dostawy respiratorów na kwotę 100.000 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

Zadanie 2: Dostawy zestawów do ogrzewania poszkodowanego na kwotę 100.000 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

Zadanie 3: Dostawy urządzeń do dezynfekcji na kwotę 80.000 PLN brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

**Uwaga:** Zamawiający nie formułuje wymagań dot. sposobu realizacji dostaw tj. uzna warunek za spełniony bez względu na to, czy dostawy za wymaganą kwotę były dostawami jednorazowymi, cyklicznymi, dla jednego lub kilku podmiotów.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać wartość dostaw wykonanych/wykonywanych do upływu terminu składania ofert, przy czym wartość dostaw wykonanych/wykonywanych muszą potwierdzać spełnienie ww. warunku. Do wykazu należy dołączyć dowody czy zostały one wykonane należycie. Informacje nt. wykazu oraz dowodów należytego wykonania dostaw wskazane zostały w dziale VI SIWZ - Wykaz oświadczeń i dokumentów. Zamawiający wskazuje również, iż Wykonawca może ograniczyć zakres wykazu do dostaw potwierdzających spełnienie warunku doświadczenia wskazanego w siwz.

- 2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
  3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,

osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zgodnie z art. 26 Pzp Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:

- a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
- b) dokumenty, o których mowa w par. 1.6.2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 203r poz. 231), dotyczące w szczególności:
  - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, przy wykonaniu zamówienia
  - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia
  - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 23 ustawy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki określone w pkt V.1 ppkt. 1) muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, natomiast warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w V.1 ppkt. 2) musi być spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
7. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach zawartych w ofercie, wyszczególnionych w pkt VI niniejszej SIWZ.
8. Nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.

## **VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć:

- a) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 2 do SIWZ.
- b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, sporządzony wg Załącznika nr 4 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż Wykonawcy mogą ograniczyć wskazanie dostaw w wykazie do dostaw potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu wskazanego w Dziale V pkt 1.1) SIWZ.
- c) dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wskazanych w Wykazie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie lub wykonywanie dostaw wyszczególnionych w Wykazie są:
  - poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
  - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Oświadczenie powinno zawierać wyjaśnienie przyczyn dlaczego Wykonawca od podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, nie może uzyskać poświadczenia czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zgodnie z par 1 ust 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane, w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania dowodów, o których mowa powyżej.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art 24 ust 2 pkt 5 ustawy należy dołączyć:

- a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg Załącznika nr 3 do SIWZ.
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
- c) oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej/ listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Pzp - wg Załącznika nr 5 do SIWZ

3. Dokumenty, o których mowa w pkt VI.1 oraz pkt VI.2 SIWZ muszą być złożone

w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, iż oświadczenie o którym mowa w pkt 1. powinno zostać złożone w oryginale.

4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokumenty, o których mowa w pkt VI.2 SIWZ.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt V.3 SIWZ.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny ( Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.).

## **VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami**

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim.
2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt VII.3 SIWZ.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwa.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub poczty elektronicznej podanej przez Wykonawcę w ofercie zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt VII.4 SIWZ, oświadczy iż ww. wiadomości nie otrzymał.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,

o którym mowa w pkt. VII.6 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. VII.6 SIWZ.
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ: [WWW.sar.gov.pl](http://WWW.sar.gov.pl) w zakładce: zamówienia publiczne/ogłoszenia.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza ją na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.
11. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
Katarzyna Wińska - Rużewicz- tel. 58 660-76-61  
Andrzej Trojanowski - tel. 58 660-76-12  
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego:  
[zam.pub@sar.gov.pl](mailto:zam.pub@sar.gov.pl)  
Fax: (58) 660-76-61

### **VIII. Wymagania dotyczące wadium.**

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

### **IX. Termin związania ofertą.**

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

### **X. Opis sposobu przygotowywania ofert.**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, której treść musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty (Załącznik nr 1 SIWZ) wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w SIWZ tj.:
  - 1) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 2 do SIWZ,
  - 2) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg Załącznika nr 3 do SIWZ,
  - 3) oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej / lista podmiotów należących

do tej samej grupy kapitałowej - wg Załącznika nr 5 do SIWZ,

- 4) wykaz wykonanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie - zgodnie z zał. nr 4 do siwz
  - 5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
  - 6) w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, również pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo winno określać jego zakres i być udzielone przez Wykonawcę lub osobę/y umocowane do wykonywania określonej czynności.
  - 7) dodatkowe - katalog producenta wskazujący cechy oferowanego sprzętu - Zamawiający wskazuje, iż zał. nr 1 do SIWZ - wzór Formularza oferty - został opracowany tak by Wykonawca, składając ofertę, wskazał w nim parametry techniczne i eksploatacyjne dot. zaoferowanego sprzętu, co w konsekwencji ułatwi Zamawiającemu dokonanie oceny oferty wg opisanych w SIWZ kryteriów oceny ofert i wymogów technicznych dot. sprzętu. Jednakże z uwagi na specjalistyczny charakter dostarczanego asortymentu, zaleca się dołączenie do oferty katalogu producenta/opisu oferowanego sprzętu tak by Zamawiający dysponował pełną wiedzą na temat zaoferowanego sprzętu.
4. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  5. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów wymaganych w SIWZ. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną notarialnie. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy będącego spółką cywilną nie jest podpisana przez wszystkich współników, zaleca się dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających umocowanie tych współników do dokonywania czynności w imieniu spółki z pominięciem pozostałych współników np.: umowę spółki, uchwałę współników.
  6. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się:
    - 1) spiąć (zszyć) w kolejności podanej w pkt X.3 SIWZ w sposób uniemożliwiający dekompletację,
    - 2) ponumerować,
    - 3) zaparafować.
  7. Błędy mogą być poprawiane przez Wykonawcę z utrzymaniem czytelności poprawionych wyrażen lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
  8. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych i nienaruszonych kopertach. Koperta wewnętrzna jak i zewnętrzna powinna być opieczetowana nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10 Gdynia i posiadać dopiski „**oferta w przetargu na dostawę sprzętu medycznego** ” oraz „**nie otwierać przed dniem 03.09.2015 r. godzina 11:15**”.
  9. Wykonawca może **przed upływem terminu do składania ofert** zmienić lub wycofać



ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej „**zmiana oferty**” lub „**wycofanie oferty**”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, jeśli procedura ich złożenia została zachowana. Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie zewnętrznej. W takim przypadku oferta zostanie niezwłocznie zwrócona do Wykonawcy.
11. Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. **Zastrzeżone informacje powinny zostać wskazane w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz złożone wraz z ofertą, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa”.** W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zapis pkt X.4 SIWZ stosuje się odpowiednio.
12. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę, która została złożona po terminie.

#### **XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie MSPiR w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia (sekretariat) **w terminie do dnia 03.09.2015 r. godzina 11:00.**
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie MSPiR w Gdyni, sala sztabowa, **w dniu 03.09.2015 r. godzina 11:15.**

#### **XII. Opis sposobu obliczenia ceny.**

1. Cenę oferty, obejmującą całość przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ należy wskazać w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) wraz ze wskazaniem cen jednostkowych.
2. **Zamawiający wskazuje, iż część nabywanego sprzętu stanowić będzie wyposażenie statków przeznaczonych do ratowania życia na morzu, a w przypadku ich zakupu zamawiający jest uprawniony do skorzystania z preferencyjnej stawki VAT w wysokości 0%, i taką stawkę Zamawiający wskazał w formularzu oferty w przypadku tego asortymentu. W pozostałych pozycjach wykonawca winien jest zastosować stawkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.**
3. Cena oferty oraz ceny określone w Formularzu oferty mają być wyrażone w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie.
4. Oferowany upust zostanie wprowadzony do umowy i przez okres realizacji umowy nie będzie podlegał zmianom.

### **XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

1. Kryteria i ich znaczenie: CENA : 90 %, parametry techniczne - 10% (odpowiednio do zadania)
2. Sposób oceny ofert w kryterium cena w każdym z zadań  
Ocenie w oparciu o ww. kryterium poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.  
Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów w kryterium cena w danym zadaniu (90 pkt) ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zamówienia w danym zadaniu. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

$$X_c = \frac{C_{\min}}{C_i} \times 90 \text{ [pkt]}$$

$X_c$  -liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w oparciu w kryterium ceny

$C_{\min}$  -najniższa cena zaoferowana w postępowaniu spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

$C_i$  -cena rozpatrywanej oferty

3. Sposób oceny ofert w kryterium parametry techniczne:

#### **Zadanie 1: Dostawa respiratorów wraz z zestawem manekinów do ćwiczeń**

Zamawiający w kryterium wyboru oferty w zakresie parametrów technicznych będzie oceniał i punktował wymiary zaoferowanego sprzętu (bez przewodu zasilającego). Tym samym:

Dla uproszczenia, oraz by w pełni odzwierciedlić istotę przyznawania punktów za wymiar sprzętu (bez przewodu zasilającego), Zamawiający wskazuje:

**10 pkt** otrzyma zaoferowany respirator, który jest mniejszy bądź równy prostopadłocianowi o wymiarach: 130x60x100mm

**5 pkt** otrzyma zaoferowany respirator, który jest mniejszy bądź równy prostopadłocianowi o wymiarach 160x100x100mm i jednocześnie jest większy niż prostopadłocian o wymiarach 130x60x100mm

**0 pkt** otrzyma zaoferowany respirator, który jest większy niż prostopadłocian o wymiarach 160x100x100mm, a mniejszy niż maksymalny dopuszczalny wymiar respiratora, wskazany w siwz, tj. 170x120x100 mm

Powyższe wymiary są adekwatne do wymiarów przyjętych przez Zamawiającego opakowań. Tym samym pojęcie "większy" oznacza "nie mieszczący się" w opakowaniu o wskazanych wymiarach. Dla ułatwienia zamawiający przyjął iż respirator o wymiarach równych wskazanym jest równoważny posiadaniu wymiarów mniejszych.

#### **Zadanie 2: Dostawa zestawów do ogrzewania rozbitków**

Zamawiający w kryterium wyboru oferty w zakresie parametrów technicznych będzie oceniał i punktował wagę zaoferowanego zestawu. Tym samym:

0 pkt - maksymalna waga zestawu tj. 1 kg

10 pkt - najniższa waga spośród zaoferowanych zestawów.

Pozostałe oferty zostaną w niniejszym kryterium ocenione wg wzoru:

$$X_c = \frac{C_{\min}}{C_i} \times 10 \text{ [pkt]}$$

$X_c$  -liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w oparciu w kryterium wagi zestawu

$C_{\min}$  -najniższa waga zestawu spośród zaoferowanych w postępowaniu zestawów w ofertach nie podlegających odrzuceniu

$C_i$  -waga zestawu rozpatrywanej oferty

### **Zadanie 3: Dostawa urządzeń do dezynfekcji**

Zamawiający wskazuje, iż w niniejszym zadaniu kryterium wyboru oferty - parametry techniczne - oparto o kryterium kosztowe i ocenę cech sprzętu pod kątem ekonomiki użytkowania.

I tak:

**10 pkt** otrzyma zaoferowane urządzenie, przy korzystaniu z którego koszt dezynfekcji pomieszczenia o wielkości 40m<sup>3</sup> jest najmniejszy. Pozostałe oferty w tym kryterium otrzymają pkt wg wzoru:

$$X_c = \frac{C_{\min}}{C_i} \times 10 \text{ [pkt]}$$

$X_c$  -liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w oparciu w kryterium kosztu dezynfekcji

$C_{\min}$  -najniższy koszt dezynfekcji spośród zaoferowanych w postępowaniu urządzeń w ofertach nie podlegających odrzuceniu

$C_i$  -koszt dezynfekcji urządzenia rozpatrywanej oferty

4. Łączną liczbę pkt w danym zadaniu przyznana danej ofercie stanowi suma pkt uzyskanych w kryterium cena oraz parametry techniczne odpowiednio do zadania.
5. W toku oceny ofert Zamawiający stosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki, o których mowa w art. 87 ust.2 ustawy.

#### **XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie zaproszony do zawarcia umowy.
2. Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł przybyć do siedziby Zamawiającego w celu podpisania umowy, może:
  - 1) złożyć wniosek o przełożenie terminu,
  - lub
  - 2) złożyć wniosek o przesłanie umów pocztą.

#### **XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy jedynie w zakresie zadania 2 i 3 w przypadku zaoferowania przez wykonawców sprzętu wraz z przeprowadzeniem przeszkolenia pracowników Zamawiającego.

Postanowienia dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 147 ust.1 ustawy żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jest wniesienie do dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy podanego w ofercie. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie do dnia zawarcia umowy wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
3. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w jednej z następujących form:
  - 1) pieniądzu,
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - 3) gwarancjach bankowych,
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w NBP O/Gdańsk nr 75 1010 1140 0175 6113 9120 0000. Potwierdzoną przez bank kopię przelewu należy przedłożyć przed podpisaniem umowy. W pozostałych formach, zabezpieczenie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.
5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy:
  - 1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),

- 2) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),
- 3) nazwę Poręczyciela lub Gwaranta,
- 4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
- 5) sformułowanie zobowiązania Poręczyciela lub Gwaranta **do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty**, w przypadku gdy Wykonawca:
  - a) nie wykonuje lub nie wykonał umowy,
  - b) wykonuje lub wykonał umowę z nienależytą starannością.
- 6) termin ważności gwarancji

**Poręczyciel lub Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia dodatkowych warunków. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej dodatkowe istotne zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Gwarancja winna zabezpieczać wszelkie roszczenia Zamawiającego jakie mogą wyniknąć w skutek niezrealizowania, bądź też nienależytego realizowania przez Wykonawcę zawartej umowy.

6. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. XV.5.5) lit. a i b przypadków, Zamawiający wystąpi do Poręczyciela lub Gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienia faktyczne i prawne.
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt XV.3.
8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

## **XVI. Wzór umowy**

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej siwz.

## **XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - 1)opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
  - 2)wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  - 3)odrzucenia oferty Odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego

kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
8. Na czynności, o których mowa w pkt XVII.6 SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.
9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przestane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przestane w inny sposób.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. XVII.9 i XVII.10 SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
12. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy

#### Załączniki:

1. Formularz oferty - Zał. nr 1 do SIWZ;
2. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy - Zał. nr 2 do SIWZ;
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Zał. nr 3 do SIWZ;
4. Wzór wykazu wykonanych dostaw - Zał. nr 4 do SIWZ.
5. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej - zał. nr 5 do SIWZ
6. Wzór umowy - zał. nr 6 do SIWZ

**Formularz oferty**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. poz. 984 z późn. zm.), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa sprzętu medycznego na wyposażenie morskich statków ratowniczych**

**Nazwa i adres Zamawiającego:**

**Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-572 Gdynia**

**Dane dotyczące Wykonawcy:**

Nazwa:.....

Siedziba:.....

..... NIP:.....

Regon:.....

**Dane kontaktowe Wykonawcy:**

nr faksu:<sup>1</sup> .....; adres poczty elektronicznej<sup>2</sup> .....

W nawiązaniu do ogłoszenia o prowadzeniu niniejszego przetargu nieograniczonego oraz wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ w postępowaniu o sygnaturze **NZ-ER/I/PN/16/2015** na następujących warunkach:

I. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

<sup>1</sup> Należy wskazać nr faksu, na który Zamawiający będzie przysyłał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z zachowaniem procedury określonej w pkt. VII.3 SIWZ; (jeżeli Wykonawca posiada

<sup>2</sup> Należy wskazać adres poczty elektronicznej, na którą Zamawiający będzie przysyłał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z zachowaniem procedury określonej w pkt. VII.3 SIWZ; (jeżeli Wykonawca posiada

## Zadanie 1: Dostawa respiratorów wraz z zestawem manekinów do ćwiczeń

### 1. Kalkulacja

Sprzęt	Zaoferowany produkt: Nazwa/producent /model	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto	Ilość	Cena brutto asortymentu w danym wierszu
Respirator			0 % <sup>3</sup>		12	
Model do nauki bezprzyrządowego i przyrządowego udrażniania dróg oddechowych osoby dorosłej - szt. 3					3	
Manekin do nauki podstawowych i zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych					1	
RAZEM						

### **2. Całkowita wartość brutto przedmiotu zamówienia w zadaniu 1 wynosi:**

..... złotych (słownie:.....)

w tym: wartość netto w kwocie .....złoty<sup>4</sup>,<sup>4</sup> oraz

obowiązujący podatek VAT wynoszący: .....

.....złoty

### **3. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia o cechach:**

L.p.	Parametry graniczne	TAK	Parametr oferowany
1.0	Prosty w obsłudze, niewielki i lekki respirator, zasilanie wyłącznie pneumatyczne - szt. 12	TAK	Producent/nazwa/model .....
1.2	Elementy sterujące pracą urządzenia rozmieszczone w sposób umożliwiający intuicyjną obsługę jedną ręką	TAK	
1.3	Zastawka pacjenta ze złączem 22/15 mm umożliwiające podłączenie standardowych masek i akcesoriów do wentylacji	TAK	
1.9	Przezroczysta i obrotowa zastawka pacjenta	TAK	
1.4	Przewód zasilający w tlen o długości nie mniej niż 2m	TAK	

<sup>3</sup> Zamawiający wskazuje, iż z uwagi iż sprzęt wskazany w danej pozycji jest nabywany jako wyposażenie statku ratowniczego, obowiązuje stawka VAT w wymiarze 0%. Więcej informacji - SIWZ pkt XII ppkt 2.

<sup>4</sup> Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.



	wykonany z materiału zapewniającego jego elastyczność w niskich temperaturach		
1.5	Złącze tlenowe w standardzie AGA	TAK	
1.7	Tryb pracy: automatyczny, ręczny lub „na żądanie”	TAK	
1.8	Zastawka bezpieczeństwa z alarmem akustycznym	TAK	
	Maksymalne osiągalne ciśnienie ograniczone zastawką z alarmem akustycznym 4,5 kPa	TAK	
1.10	Zintegrowana regulacja częstości i objętości oddechowej.	TAK	
1.12	Przepływ w trybie automatycznym - 20-15 l/min +/- 10%	TAK	
1.13	Objętość oddechowa w trybie automatycznym 0,6 do 0,2 l	TAK	
1.14	Stężenie O <sub>2</sub> w trybie automatycznym - 100%	TAK	
1.15	Stosunek czasu wdechu do czasu wydechu w trybie automatycznym - 1:2	TAK	
1.16	Częstość oddechowa w trybie automatycznym w zakresie min. 12 do 25 oddechów na min.	TAK	
1.19	Oporność wydechowa <0,5 kPa	TAK	
1.20	Oporność wdechowa <0,5 kPa	TAK	
1.21	Podciśnienie otwierające zawór Demand nie więcej niż 0,5kPa	TAK	
1.22	Waga respiratora bez przewodu zasilającego - poniżej 300g	TAK	
1.23	Wymiary respiratora max 170x120x100 mm	TAK	Wymiary : ..... .....
2.0	<b>Model do nauki bezprzyrządowego i przyrządowego udrażniania dróg oddechowych osoby dorosłej - szt. 3</b>	TAK	Producent/nazwa/model .....
2.1	Model umożliwiający naukę intubacji, zakładania rurki krtaniowej LTD, maski krtaniowej, Combitube, rurki ustno-gardłowej u osoby dorosłej.	TAK	
2.2	Model umożliwiający naukę odsysania treści z jamy ustnej i gardła osoby dorosłej.	TAK	
	Głowa możliwa do odchylenia i obracania zgodnego z anatomią człowieka		
2.3	Intubacja dotchawicza przez usta lub przez nos	TAK	
2.4	Możliwość demonstracji rękoczynu Sellick'a i symulacji skurczu krtani	TAK	
2.6	Możliwość wzrokowej oceny pracy płuc i osłuchiwania dźwięków stetoskopem oddechowych po zabezpieczeniu dróg oddechowych każdą z wymaganych metod.	TAK	
2.7	Symulacja przewentylowania żołądka i regurgitacji	TAK	
2.8	Dodatkowy model budowy dróg oddechowych dla celów poglądowych	TAK	
2.10	Wyposażenie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• manekin na stabilnej podstawie</li> <li>• żel do nawilżenia dróg oddechowych manekina</li> <li>• torba lub walizka transportowa</li> </ul>	TAK	
3.0	<b>Manekin do nauki podstawowych i zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych - szt. 1</b>	TAK	Producent/nazwa/model .....
3.1	Manekin osoby dorosłej, pełna postać.	TAK	
3.2	Zdalne, bezprzewodowe sterowanie obsługą manekina za pomocą symulatora funkcji życiowych w j. polskim	TAK	

3.3	<b>Zestaw powinien umożliwić wykonania i rejestrowanie następujących czynności:</b>	<b>TAK</b>	
3.4	Intubacja przez nos i usta z wykorzystaniem, Combitube, maski krtaniowej, rurki krtaniowej	<b>TAK</b>	
3.5	Elektroniczną symulację i kontrolę tętna na obu tętnicach szyjnych.	<b>TAK</b>	
	Elektroniczną symulację i kontrolę tętna na min jednej tętnicy promieniowej.		
3.6	Tętno zsynchronizowane z EKG	<b>TAK</b>	
3.8	Siła tętna zależna od ciśnienia krwi	<b>TAK</b>	
3.9	Możliwość niezależnej regulacji siły tętna przez instruktora.	<b>TAK</b>	
3.10	Automatyczna rejestracja kontroli tętna.	<b>TAK</b>	
3.12	Wykonanie wkłucia dożylnego z realistycznym wpływem wstecznym na min jednej kończynie górnej.	<b>TAK</b>	
3.13	Bezprzędowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odgięcie głowy, wyluksowanie żuchwy, uniesienie podbródka	<b>TAK</b>	
3.14	Automatyczna rejestracja odchylenia głowy, uniesienia podbródka	<b>TAK</b>	
3.15	Wykonanie manewru Sellicka	<b>TAK</b>	
3.16	Odsłuchiwanie dróg oddechowych podczas wentylacji za pomocą stetoskopu	<b>TAK</b>	
3.17	Symulacja i osłuchiwanie szmerów w płucach	<b>TAK</b>	
3.18	Wybór symulacji szmerów w poszczególnych płucach	<b>TAK</b>	
3.19	Symulacja spontanicznego oddechu z realistycznym unoszeniem i opadaniem klatki piersiowej bez zasilania z zewnętrznego źródła	<b>TAK</b>	
3.21	Szmery w płucach zsynchronizowane z częstością oddechu	<b>TAK</b>	
3.22	Symulacja i osłuchiwanie tonów serca	<b>TAK</b>	
3.23	Tony serca zsynchronizowane z zaprogramowanym EKG	<b>TAK</b>	
3.24	Elektroniczny układ pomiaru wykonanej wentylacji i masażu serca	<b>TAK</b>	
3.25	System automatycznej rejestracji parametrów wykonywanej wentylacji: objętości wdmuchiwanego powietrza, szybkości wdmuchiwanego powietrza	<b>TAK</b>	
3.26	Automatyczna rejestracja przewentylowania żołądka	<b>TAK</b>	
3.27	System automatycznej rejestracji parametrów wykonywanego masażu serca: głębokość ucisków, szybkość ucisków	<b>TAK</b>	
3.28	Automatyczna rejestracja błędów relaksacji	<b>TAK</b>	
3.29	Automatyczny pomiar czasu „bezczynności” – przerwa pomiędzy masażem a wentylacją	<b>TAK</b>	
3.30	Automatyczna rejestracja szybkości masażu wraz z wykresem w czasie rzeczywistym	<b>TAK</b>	
3.31	Szczegółowa analiza wykonywanej resuscytacji z procentowym wyliczeniem poprawności wykonywanych czynności w postaci raportu z prezentacją danych w postaci algebraicznej i graficznej	<b>TAK</b>	
3.32	Możliwość zmiany szerokości jednej lub obu źrenic (szeroka, normalna, wąska)	<b>TAK</b>	
3.34	Biblioteka przebiegów EKG (min. 20)	<b>TAK</b>	
3.35	Monitorowanie EKG na manekinie za pomocą kabla min 3 odprowadzeniowego.	<b>TAK</b>	
3.36	Wykonanie defibrylacji i kardiowersji energią do 360 J defibrylatorem automatycznym lub manualnym	<b>TAK</b>	
3.37	Wykonanie stymulacji zewnętrznej przezskórnej	<b>TAK</b>	

3.38	Zaprogramowanie progu skuteczności stymulacji zewnętrznej.	TAK	
3.39	Symulację zaburzeń i przebiegów EKG (zmienna częstość rytmu, wybór czasu trwania i nieprawidłowości).	TAK	
3.40	Symulacja i możliwość pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną na jednej z kończyn górnych	TAK	
3.41	Dźwięki Korotkoffa synchronizowane z EKG	TAK	
3.43	Budowę przez użytkownika scenariuszy zdarzeń i stanów pacjenta na bazie algorytmów.	TAK	
3.44	Rejestrowanie przez system elektroniczny prowadzonych czynności BLS i ALS.	TAK	
3.45	Możliwość wydruku i obróbki komputerowej zarejestrowanych czynności ratowniczych.	TAK	
3.46	Sterowanie zmianami parametrów manekina za pomocą bezprzewodowego, zdalnego sterowania.	TAK	
3.47	System sterowania manekinem z ekranem dotykowym o przekątnej co najmniej 5 cali.	TAK	
3.48	Możliwość uruchamiania różnych scenariuszy zdarzeń, sterowanych automatycznie lub ręcznie oraz ich samodzielnego tworzenia.	TAK	
3.50	Możliwość symulowania mowy i odgłosów manekina przy użyciu mikrofonu podłączonego do urządzenia sterującego funkcjami manekina.	TAK	
3.51	Możliwość zamocowania do manekina kończyn urazowych	TAK	
3.52	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania przez użytkownika poprzez Internet.	TAK	

## **Zadanie 2: Zestaw do ogrzewania uszkodzonego – 11 sztuk**

1. Kalkulacja:

<b>Sprzęt</b>	<b>Zaoferowany produkt: Nazwa/producent/model</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Stawka VAT</b>	<b>Cena jednostkowa brutto</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena brutto asortymentu w ilości 11 szt</b>
Zestaw do ogrzewania uszkodzonego			0 % <sup>5</sup>		11	

**2. Całkowita wartość brutto przedmiotu zamówienia w zadaniu 2 wynosi:**

..... złotych (słownie:.....)

w tym: wartość netto w kwocie .....złotych,

oraz obowiązujący podatek VAT wynoszący:

..... złotych

**3. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia ..... (producent, nazwa, model, o cechach:**

<b>Lp.</b>	<b>Parametr / warunek</b>	<b>Parametr wymagany</b>	<b>Parametr oferowany</b>	<b>Uwagi</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>

<sup>5</sup> Zamawiający wskazuje, iż z uwagi iż sprzęt wskazany w danej pozycji jest nabywany jako wyposażenie statku ratowniczego, obowiązuje stawka VAT w wymiarze 0%. Więcej informacji - SIWZ pkt.

1.	Materiał odporny na rozdarcia przystosowany do pracy w trudnych warunkach pogodowych, wodoodporny.	TAK		
2.	Materiał zmywalny z możliwością dezynfekcji ogólnie dostępnymi płynami dezynfekcyjnymi stosowanymi w ratownictwie.	TAK		
3.	System ogrzewania pacjenta sterowany mikroprocesorowo. Jednostka sterująca wbudowana w koc, odporna na działanie wody morskiej i płynów ustrojowych.	TAK		
4.	Sensorowe programowanie temperatury grzania w zakresie min. 37-40°C	TAK		
5.	Informacja świetlna o zadanych parametrach pracy	TAK		
6.	Alarm akustyczny i wizualny błędu pracy, zmiany ustawionych parametrów.	TAK		
7.	Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień pracy.	TAK		
8.	Autotest, pomiar temperatury pomiędzy systemem ogrzewania a ciałem pacjenta, stała kontrola temperatury, wyłączenie awaryjne przy niedopuszczalnych temperaturach, wyłączenie przy prądzie przeciążeniowym lub przy przerwaniu obwodu,	TAK		
9.	Praca z napięcia stałego w zakresie 12-24V – przewód pasujący do tzw. gniazda zapalniczki.	TAK		
10.	12-24V DC 6A przy 12V i 12A przy 24V (zabezpieczenie) pobór max 80W przy starcie urządzenia.	TAK		
11.	Długość przewodu zasilającego minimum 150 cm.	TAK		
12.	Wymiary 50cm / 90cm +/- 20%	TAK		
13.	Waga max 1 kg.	TAK	Waga..... .....	
14.	Temperatura pracy -30 / +40 °C.	TAK		
15.	Gwarancja minimum 2 lata.	TAK		
16.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (w przypadku serwisu poza terytorium Polski - sposób realizacji zgodnie z pkt III.5 SIWZ)	TAK		
17.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK		
18.	Aktualny dokument potwierdzający, że oferowane urządzenie posiada odpowiednie dokumenty	TAK		

	dopuszczające do użytkowania na terenie Polski i Unii Europejskiej wymagane obowiązującymi przepisami prawa, jak: atesty, świadectwa, certyfikaty CE, deklaracja zgodności.			
19.	Katalogi producenta, ulotki informacyjne lub materiały reklamowe lub opisy techniczne potwierdzające parametry techniczne oferowanego sprzętu.	TAK		
20.	Zamawiający zaznacza że dysponuje urządzeniami do ogrzewania Geratherm UniqueResc+ R130 i pracownicy są przeszkoleni w zakresie obsługi wymienionego urządzenia. W przypadku zaoferowania sprzętu innego niż Geratherm UniqueResc+ R130 po stronie wykonawcy leży przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi oferowanego urządzenia. Szkolenie dotyczy 210 osób i ma być przeprowadzone do końca drugiego kwartału 2016 roku w miejscach pracy pracowników, przy czym nie mniej niż 100 pracowników należy przeszkolić do 12.12.2015r. Zamawiający wskazuje iż pracownicy wykonują swoją pracę w bazach rozlokowanych wzdłuż wybrzeża w systemie zmianowym. Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminarz szkoleń do czasu pracy i miejsca pracy pracowników. Koszt szkolenia leży po stronie wykonawcy i powinien być uwzględniony w cenie urządzenia.	TAK		

Zadanie 3:

1. Kalkulacja:

Asortyment	Zaoferowany produkt: Nazwa/producent /model	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto	Ilość	Cena brutto asortymentu w danym wierszu
Urządzenie do dezynfekcji			0% <sup>6</sup>		8	
Środki dezynfekcyjne do urządzenia do dezynfekcji					8	
RAZEM						

2. Całkowita wartość brutto przedmiotu zamówienia w zadaniu 3 wynosi:

..... złotych (słownie:.....)

w tym: wartość netto w kwocie .....złotych<sup>7</sup>,

oraz obowiązujący podatek VAT wynoszący:

..... złotych

3. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia ..... (producent, nazwa, model, o cechach:

<sup>6</sup> Zamawiający wskazuje, iż z uwagi iż sprzęt wskazany w danej pozycji jest nabywany jako wyposażenie statku ratowniczego, obowiązuje stawka VAT w wymiarze 0%. Więcej informacji - SIWZ pkt. XII ppkt 2.

<sup>7</sup> Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku

<b>L p</b>	<b>Parametr / warunek</b>	<b>Parametr wymagany</b>	<b>Parametr oferowany</b>	<b>Uwagi</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
1.	Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń i powietrza metodą zamglawienia:	TAK		
	Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta.	TAK		
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2015	TAK		
	Dezynfekcja pomieszczeń o kubaturze do 500m <sup>3</sup> .	TAK		
	Środek dezynfekcyjny oparty na nadtlenu wodoru oraz kationów srebra o zapachu miętowym.	TAK		
	Aktywny wobec bakterii, wirusów, grzybów, sporów.	TAK		
	Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek - do 5 mikronów	TAK		
	Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%.	TAK		
	Krótki czas dostępu do dezynfekowanego pomieszczenia (nie więcej niż 30 minut dla pomieszczenia o kubaturze ok. 40m <sup>3</sup> )	TAK		
	Zużycie środka dezynfekującego nie więcej niż 1ml/m <sup>3</sup>	TAK		
	Możliwość kontroli procesu dezynfekcji testami chemicznymi.	TAK		
	W zestawie elastyczny przewód podłączany do urządzenia, ułatwiający dezynfekcję trudnodostępnych miejsc.	TAK		
	Urządzenie wyposażone w uchwyt ułatwiający przenoszenie.	TAK		
	Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka.	TAK		
	Waga maksymalnie 6 kg.	TAK		
	Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz.	TAK		
	Certyfikat CE zgodny z dyrektywą 93/42/EEC	TAK		
	Gwarancja minimum 24 miesiące.	TAK		
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	TAK			
2.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK		
3.	Katalogi producenta, ulotki informacyjne lub materiały reklamowe lub opisy techniczne potwierdzające parametry	TAK		

	techniczne oferowanego sprzętu			
4.	Zamawiający zaznacza że dysponuje urządzeniami do dezynfekcji NOCOSPRAY i pracownicy są przeszkoleni w zakresie obsługi wymienionego urządzenia. W przypadku zaoferowania sprzętu innego niż NOCOSPRAY po stronie wykonawcy leży przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi oferowanego urządzenia. Szkolenie dotyczy 210 osób i ma być przeprowadzone do końca drugiego kwartału 2016 roku w miejscach pracy pracowników, przy czym nie mniej niż 100 pracowników należy przeszkolić do 12.12.2015r. Zamawiający wskazuje iż pracownicy wykonują swoją pracę w bazach rozlokowanych wzdłuż polskiego wybrzeża w systemie zmianowym. Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminarz szkoleń do czasu pracy i miejsca pracy pracowników. Koszt szkolenia leży po stronie wykonawcy i powinien być uwzględniony w cenie urządzenia.	TAK		

Ofer

**ujemy dostawę środków dezynfekcyjnych..... (producent, nazwa) do urządzenia do dezynfekcji – 8 sztuk, o cechach:**

lp	Parametr / warunek	Parametr wymagany	Parametr oferowany	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Środek dezynfekujący dwuskładnikowy oparty na 6% nadtlenu wodoru i kationach srebra	TAK		
2.	Środek dezynfekcyjny o zapachu miętowym	TAK		
3.	Gotowy do użycia roztwór wodny	TAK		
4.	Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%	TAK		
5.	Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, sporobójcze	TAK		
6.	Zachowujący pełne spektrum działania przy dawce 1ml/m <sup>3</sup>	TAK		
7.	Użycie środka nie powoduje osadu na powierzchni.	TAK		
8.	Opakowanie: butelka o pojemności max 1 litr lub inny równoważny	TAK		
9.	CE medyczne lub inny równoważny	TAK		
10.	Kompatybilny z oferowanym urządzeniem	TAK		

## II. Pozostałe informacje:

1. Oświadczam, że **przedmiot zamówienia zrealizuję sam / część lub całość zamówienia** **powierzę** **podwykonawcom** .....

<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania całości lub części zamówienia przez podwykonawców należy



2. **Zastrzegam / nie zastrzegam<sup>9</sup>** w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. **Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:..... . Jednocześnie, zgodnie z art 8 ust 3 Pzp dołączając wyjaśnienia/dokumenty ... wykazuję iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.**
3. Oferta została złożona na ..... ponumerowanych stronach.
4. Integralną część oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty:

.....  
Nazwa Wykonawcy  
(lub pieczętka)  
upoważnionych)

.....  
podpis Wykonawcy  
(osoby upoważnionej lub osób

.....dn. ....2015 r.

---

wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom

<sup>9</sup> W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji w trybie art. 8 ust. 3 ustawy należy wymienić informacje zastrzeżone stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie z postanowieniami SIWZ, oraz nie później niż w terminie składania ofert wykazać że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

**O Ś W I A D C Z E N I E**  
**W Y K O N A W C Y**

**w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013, poz 907,984,1047,1473 z późn. zm.) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na**

**Dostawa sprzętu medycznego na wyposażenie morskich statków ratowniczych**

Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....

.....

Nazwa Wykonawcy  
Wykonawcy (lub pieczętka)  
upoważnionych)

podpis  
(osoby upoważnionej lub osób

.....dn. ....2015 r.

**O Ś W I A D C Z E N I E  
W Y K O N A W C Y**

**o braku podstaw do wykluczenia**

**w trybie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013, poz. 907,984,1047,1473 z późn. zm.) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na**

**Dostawa sprzętu medycznego na wyposażenie morskich statków ratowniczych**

Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam,  
że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w **art. 24 ust. 1** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013, poz. 907,984,1047,1473 z późn. zm.)

.....  
Nazwa Wykonawcy  
(lub pieczętka)

.....  
podpis Wykonawcy  
(osoby upoważnionej lub osób  
upoważnionych)

.....dn. ....2015 r.

Znak sprawy: **NZ-ER/I/PN/16/15**

**O Ś W I A D C Z E N I E**  
**W Y K O N A W C Y**  
**- przynależność do grupy kapitałowej**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2013, poz 907, 984, 1047, 1473 z późn. zm.), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na**

**Dostawa sprzętu medycznego na wyposażenie morskich statków ratowniczych**

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na detaliczne zaopatrywanie w paliwa pojazdów MSPiR w wskazanych miejscowościach

**reprezentując Wykonawcę .....**

oświadczamy że<sup>10</sup>:

\*nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

\*należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp w skład której wchodzi następujące podmioty:

Lp.	Nazwa	Adres
1.		
2.		

.....  
 Nazwa i adres Wykonawcy  
 (lub pieczęć firmowa)  
 upoważnionych

.....  
 Imienna pieczęć i podpis  
 osoby upoważnionej lub osób

<sup>10</sup> Niepotrzebne skreślić lub prawidłową odpowiedź podkreślić. Z powyższego oświadczenia winna wynikać informacja nt przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej,

**WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2013, poz 907, 984, 1047, 1473 z późn. zm.), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na**

**Dostawa sprzętu medycznego na wyposażenie morskich statków ratowniczych**

Oświadczam, że zrealizowałem należycie DOSTAWY polegające na

Lp	Przedmiot dostawy	Wartość brutto dostawy	Data wykonania/wykonywania dostawy	Podmiot na rzecz którego dostawa została wykonana/jest wykonywana
1				
2				
3				

Do wykazu dołączam potwierdzenia należytego wykonania wskazanych dostaw.

.....  
 Nazwa Wykonawcy  
*(lub pieczętka)*

.....  
 podpis Wykonawcy  
*(osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)*

Wartość podaną w walutach innych niż polski złoty Zamawiający przeliczy w sposób: Kwoty w dokumentach podane w walutach innych niż złoty będą przeliczane na potrzeby oceny ofert na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika urzędowego UE, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowanie zostanie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

Jeżeli wykonane przez wykonawcę dostawy obejmowały szerszy zakres niż opisane w warunku udziału pkt V.1. ppkt 1) SIWZ, to wówczas zobowiązany jest do **jednoznacznego** (niebudzącego wątpliwości, dopuszczającego jedną tylko możliwą interpretację) **określenia wartości brutto wymienionych w tabeli dostaw polegających na dostawach sprzętu odpowiednio do zadania**

Znak sprawy: **NZ-ER/I/PN/16/15**

WZÓR-UMOWA DOSTAWY nr X/RR/2015  
(odpowiednio do zadania)

zawarta w dniu xx.xx.2015 r.

pomiędzy:

**MORSKĄ SŁUŻBĄ POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA**

81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10

NIP 586-20-76-216, zwanym dalej Zamawiającym  
reprezentowanym przez:

a

NIP xxxxxxxxxxxxxx REGON xxxxxxxxxxxx, zwanym dalej Wykonawcą  
reprezentowanym przez:

W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i nie przekracza kwoty 134 000 euro, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. p.n. *Dostawa sprzętu medycznego dla morskich statków ratowniczych*, znak postępowania: NZ –ER/I/PN/16/15, została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1.**

**Przedmiot dostawy.**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę sprzętu medycznego xxxxxxxxxxxxxx (odpowiednio do zadania) zgodnie z treścią złożonej oferty, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, złożonej na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym zamówieniu.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy opisany w ust.1 jest fabrycznie nowy, nie jest sprzętem demonstracyjnym, jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz

roszczeń osób trzecich, a także, że nie toczy się względem niego żadne postępowanie sądowe i administracyjne.

3. *W przypadku zaoferowania innego niż wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: po stronie Wykonawcy leży przeszkolenie pracowników MSPiR w zakresie obsługi oferowanego sprzętu (zadanie pkt ... formularza oferty), Szkolenie dotyczy 210 osób i ma być przeprowadzone cyklicznie do końca drugiego kwartału 2016 roku w grupach nie większych niż 20 osób, przy czym nie mniej niż 100 osób winno zostać przeszkolonych do 12.12.2015r. Koszt szkolenia leży po stronie Wykonawcy i powinien być uwzględniony w cenie oferowanego urządzenia.*

## **§ 2.**

### **Zobowiązania stron.**

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania Zamawiającemu sprzętu medycznego fabrycznie nowego, nieużywanego, spełniającego warunki techniczne, warunki gwarancji oraz posiadającego parametry określone w załączniku nr 1 do oferty, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę określoną w § 4.

## **§ 3.**

### **Odbiór**

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie z trzydniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy sprzętu medycznego.
2. Miejsce realizacji zamówienia, odbiór jakościowo-ilościowy nastąpi w magazynie Zamawiającego, 81-336 Gdynia, ul. Indyjska 1 (Port Gdynia Nabrzeże Norweskie) telefon: +58 620-32-07
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dla każdego urządzenia medycznego będącego przedmiotem sprzedaży wyciąg z dokumentu dopuszczającego do użytkowania na terenie Polski i Unii Europejskiej, oraz książkę gwarancyjną wystawioną przez producenta wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.
4. Z czynności odbioru sprzętu medycznego zostanie spisany protokół odbioru, stwierdzający zgodność dostawy z ofertą wg parametrów opisanych w Załączniku nr 1 umowy, w tym pod względem parametrów technicznych oferowanych przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia parametrów technicznych dostarczonego przez Wykonawcę sprzętu. W protokole odbioru zostaną także wymienione numery fabryczne dostarczonych urządzeń medycznych.
5. Sprzęt, który nie spełnia warunków odbioru jakościowego zostanie wymieniony na nowy wolny od wad, w terminie 7 dni roboczych od daty odbioru. Koszt wymiany

pokrywa Wykonawca. Z czynności odbioru sprzętu wolnego od wad zostanie sporządzony dodatkowy protokół odbioru.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą sprzętu medycznego do momentu podpisania protokołu odbioru przez obie strony.
7. Wraz ze sprzętem wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w j. polskim oraz w j. angielskim.

#### **§ 4. Wynagrodzenie**

Strony ustalają (łącznie cenę) za przedmiot umowy określony w § 1 w wysokości netto: xxxxxx zł, słownie xxxxxxxx złotych 00/100, podatek VAT w stawce: 0 % / 8 % / 23% (odpowiednio do zadania) i kwocie xxxxxxxxxxxxxx, słownie xxxxxxxxxxxxxx złotych 00/100 tj. brutto: xxxxxx zł, słownie xxxxxxxx 00/100 co stanowi łączną kwotę brutto: **xxxxxxx zł, słownie xxxxxxxx 00/100.**

#### **§ 5. Płatności**

1. *Zamawiający dokona zapłaty za realizację przedmiotu Umowy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w dniu zrealizowania dostawy przedmiotu zamówienia, przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.*  
*(W przypadku zaoferowania przez wykonawcę w zadaniu 2 i 3 realizacji zamówienia wraz z szkoleniem, powyższy zapis przyjmuje treść:*  
*Zamawiający dokona zapłaty za realizację przedmiotu Umowy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w dniu zrealizowania przedmiotu zamówienia w częściach:*
  - a) 80 % wynagrodzenia brutto wykonawcy wskazanego w umowie - po dostarczeniu sprzętu, z zastrzeżeniem ust 3)
  - b) 20 % po zrealizowaniu czynności przeszkolenia 100 pracowników Zamawiającego w 2015r*- przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.*
2. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę tj. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Warunkiem dokonania zapłaty, o której mowa w pkt. 1-2, będzie spełnienie warunków określonych w § 3 pkt 4.



4. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7 Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kwoty z wartości faktury wystawionej przez Wykonawcę.

## **§ 6.**

### **Gwarancja i serwis**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostawę objętą przedmiotem Umowy gwarancji zgodnie z gwarancją producentów zgodnie z treścią oferty wykonawcy, jednak nie krócej niż udzielana gwarancja producenta licząc od daty odbioru końcowego dostawy, zgodnie z książką gwarancyjną. W okresie gwarancji trzy naprawy powodują wymianę urządzenia na nowe.
2. Przez cały okres gwarancji wszystkie czynności wymagane do jej zachowania a w szczególności konserwacja, naprawy mechaniczne, przeglądy techniczne i serwis będą wykonywane przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem przedmiotu zamówienia, a także serwisu gwarancyjnego i kosztów napraw w ramach udzielonej gwarancji liczonej od dnia przekazania sprzętu medycznego Zamawiającemu. Konserwacja, naprawy, przeglądy, serwis nie objęte gwarancją wykonywane będą w ramach odrębnych zamówień.
3. Usługi związane z zapewnieniem gwarancji, a w szczególności przeglądy techniczne i serwis będą realizowane zgodnie z zaleceniem producenta dostarczonego sprzętu medycznego w terminie określonym w książce gwarancyjnej.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów chyba, że wymienia dostarczony sprzęt medyczny na nowy tej samej marki i typu o nie gorszych parametrach.

## **§ 7.**

### **Kary umowne**

1. Za zwłokę w dostawie sprzętu medycznego objętego przedmiotem umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości określonej w § 4 łącznej kwoty brutto wydanych ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki.
2. Za zwłokę w usunięciu wad w okresie ważności gwarancji sprzętu medycznego Wykonawca zapłaci 0,1 % wartości brutto wadliwego sprzętu za każdy dzień zwłoki licząc od 3-go dnia pisemnego zgłoszenia wady.
3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca zapłaci 10 % kwoty ustalonej w § 4 łącznej kwoty brutto.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania umowy.

#### **§ 8. Termin dostawy**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy opisany w § 1 niniejszej umowy w terminie do 10 tygodni licząc od dnia podpisania umowy, tj do dnia xxxxxxxxxxxxxxxx.
2. Zamawiającemu przysługuje, w terminie 21 dni od daty powzięcia wiadomości o niewykonaniu umowy w wyznaczonym terminie, prawo odstąpienia od umowy w całości lub w niezrealizowanej części, jeżeli nie zostanie ona zrealizowana do upływu tego terminu 15.12.2015r

#### **§ 9 Odstąpienie od umowy. Rozwiązanie umowy.**

1. Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić w przypadku o którym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający może oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym odstąpić od umowy jeżeli:
  - a. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostawy lub nie kontynuuje jej pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego.
  - b. Wykonawca wykonuje dostawy niezgodne z umową.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Wykonawca w inny niż określony w ust. 3 sposób rażąco naruszy postanowienie umowy, niezależnie od zaistnienia przesłanek z art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

**§ 10.**  
**Zmiana umowy**

1. W przypadku wycofania z sieci dystrybucji modelu urządzenia, które wykonawca zaoferował w postępowaniu i niemożliwości jego dostarczenia Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie będące technicznym następcą urządzenia pierwotnie zaoferowanego. W przypadku różnicy w sposobie użytkowania Zamawiającemu przysługuje prawo zażądania przeprowadzenia przeszkolenia pracowników na zasadach określonych w niniejszej umowie jak dla sytuacji zaoferowania sprzętu innego niż użytkowany przez Zamawiającego.
2. W sytuacji, gdy urządzenie będące następcą ma gorsze parametry lub nie posiada wszystkich cech użytkowych modelu pierwotnego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć model inny o identycznych lub lepszych parametrach.
3. Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego oświadczenie potwierdzające niemożliwość dostarczenia oferowanych urządzeń oraz wskazujące model (typ/wariant/wersja) urządzeń proponowanych wraz z zapewnieniem o spełnieniu minimalnych parametrów wymaganych.
4. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania oświadczenia uznaje się jako zgodę na zmianę.
5. W przypadku, o którym mowa powyżej wynagrodzenie wykonawcy nie ulega zmianie.

*Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dotyczy jedynie zadania 2 i 3 w przypadku zaoferowania przez wykonawcę przeszkolenia pracowników Zamawiającego*

1. *Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia umownego, tj ..... zł (słownie: ..... złotych ...../100).*
2. *Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione przez Wykonawcę najpóźniej z datą zawarcia niniejszej umowy, w postaci:*
3. *Wykonawca, może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. Wykonawca zadba, aby zabezpieczenie mogło być wykorzystane do dnia kiedy Wykonawca wykona wszystkie prace i usunie wszelkie wady. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia ważności zabezpieczenia jeżeli data jego wygaśnięcia przypadnie przed końcem okresu rękojmi za wady. Koszt przedłużenia ważności zabezpieczenia jest kosztem Wykonawcy.*
4. *Zamawiający zwróci / zwolni Wykonawcy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania*

umowy, w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy tj. zakończenia czynności przeszkolenia 210 pracowników Zamawiającego i przyjęcia wykonanego zamówienia przez Zamawiającego jako należycie wykonanego.

## **§ 11.**

### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Wszystkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Strony w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający a drugi Wykonawca

#### Załącznik do umowy

1. kopia formularza oferty wraz z załącznikiem

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: